



# ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

**Заявитель:** Научно-производственное унитарное предприятие «АТОМТЕХ» Открытого акционерного общества «МНИПИ» (УП «АТОМТЕХ»);  
свидетельство о государственной регистрации № 100865348 от 22 августа 2000 г.;  
юридический адрес: 220005, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Гикало, 5;  
фактический адрес: 220005, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Гикало, 5;  
телефон: +(375 17) 292-81-42; факс: (+375 17) 288-29-88; e-mail: info@atomtex.com  
в лице директора Кожемякина Валерия Александровича

**заявляет, что** дозиметр рентгеновского излучения ДКР-АТ1103М

изготовитель: Научно-производственное унитарное предприятие «АТОМТЕХ» Открытого акционерного общества «МНИПИ» (УП «АТОМТЕХ»);  
юридический адрес: 220005, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Гикало, 5;  
адрес производства: 220005, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Гикало, 5;  
технические условия ТУ ВУ100865348.015-2005;  
код ТН ВЭД ТС 9030100000;  
серийный выпуск.

**соответствует требованиям** технических регламентов Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011, и «Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011

**Декларация о соответствии принята на основании** протоколов испытаний: протокол № 43-05/37689-2014 от 15.10.2014, протокол № 12063 ГКИ/3-2014 от 23.10.2014, протокол № 12063 ГКИ/2 от 30.10.2014, выданных научно-исследовательским испытательным центром БелГИМ, аттестат аккредитации № ВУ/112 02.1.0.0025, срок действия с 30.03.2014 по 30.03.2019.

**Дополнительная информация:** условия хранения дозиметра ДКР-АТ1103М в упаковке изготовителя – отапливаемые хранилища при температуре окружающего воздуха от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80 % при температуре 25 °С;  
условия хранения дозиметра ДКР-АТ1103М без упаковки – отапливаемые хранилища при температуре окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 35 °С и относительной влажности не более 80 % при температуре 25 °С;  
гарантийный срок хранения – 6 месяцев с момента изготовления дозиметра;  
срок службы дозиметра ДКР-АТ1103М – не менее 10 лет.

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 20.01.2020 включительно.**

  
(подпись)  
М.П. 

В.А.Кожемякин

**Сведения о регистрации декларации о соответствии:**