

РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯБЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ
ПО МЕТРОЛОГИЯ[English \(/en/Information/Information/ForeignDeviceTypeDetails?identifier=q1wNoAa%2BNo4%3D\)](#)[Вход в системата \(/bg/Account/Login\)](#)

Търси

[НАЧАЛО \(/BG\)](#)[СПРАВКИ ▾](#)[ПРЕГЛЕД НА ДОКУМЕНТИ \(/BG/APP/UPLOAD/UPLOAD\)](#)[УСЛУГИ ▾](#)[ОБРАТНА ВРЪЗКА \(/BG/HOME/FEEDBACK\)](#) [Начало \(/bg\)](#)[> Регистър на вписаните типове средства за измерване \(/bg/Information/Information/ForeignDeviceTypeSearch\)](#) > [Преглед на вписан тип средство за измерване](#)

Преглед на вписан тип средство за измерване

Номер на вписване

B-80

Дата на вписване

30-05-2023

Срок на валидност

Не е посочен

Валидно до

23-10-2032

Тип на СИ

EPD-27 Dose G и EPD-27 Dose GX

Наименование на СИ

Индивидуален електронен дозиметър за фотонно лъчение

Производител

Частно предприятие „Научно-производствено частно предприятие „Спаринг-Вист Център“ ТМ ECOTEST, ул. Владимир Велики 33, гр. Лвов, 79026, Украйна

Страна на произход

Украйна

Заявител

"ЕКОПРОГРЕС ИНТЕРНЕТЪНЪЛ" ООД, гр. София

Орган, извършил одобряването

Чешки метрологичен институт, Чехия

Номер на удостоверение

**№ 0111-CS-A027-22 от
24.10.2022 г.**

Дата на издаване на документа

Метрологични характеристики

• **Обхват на измерване:**по индивидуална еквивалентна доза: от 1 μ Sv до 10 Sv;

по мощност на индивидуалната еквивалентна доза:

от 10 μ Sv/h до 10 Sv/h.• **Максимална допустима грешка:**по индивидуална еквивалентна доза: ± 15 %;по мощност на индивидуалната еквивалентна доза: ± 20 %;• **Енергиен диапазон:**

за EPD-27 Dose G: от 50 keV до 10 MeV;

EPD-27 Dose GX: от 15 keV до 10 MeV;

• **Работно захранващо напрежение:** 3,7 V• **Нестабилност на показанията при 8 часа непрекъсната работа:** не повече от 5 %;• **Габаритни размери с клипс:** 84,5 mm x 55,0 mm x 24,5 mm;• **Тегло:** не повече от 110 g;

Изображение на знака за одобрен тип

Знак за ОТ - B-80.docx ([https://e-](https://e-bim.bim.government.bg:11007/api/FilesStorage?fileKey=a4116d0b-ff9b-44d1-ad77-e70551e1b0f8&filename=Знак)[bim.bim.government.bg:11007/api/FilesStorage?](https://e-bim.bim.government.bg:11007/api/FilesStorage?fileKey=a4116d0b-ff9b-44d1-ad77-e70551e1b0f8&filename=Знак)[fileKey=a4116d0b-ff9b-44d1-ad77-e70551e1b0f8&filename=Знак](https://e-bim.bim.government.bg:11007/api/FilesStorage?fileKey=a4116d0b-ff9b-44d1-ad77-e70551e1b0f8&filename=Знак)

за ОТ - B-80.docx&imeType=)