

РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯБЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ
ПО МЕТРОЛОГИЯ[English \(/en/Information/Information/ForeignDeviceTypeDetails?identifier=yH%2Bwfl1Eblg%3D\)](#)[Вход в системата \(/bg/Account/Login\)](#)

Търси

[НАЧАЛО \(/BG\)](#)[СПРАВКИ ▾](#)[ПРЕГЛЕД НА ДОКУМЕНТИ \(/BG/APP/UPLOAD/UPLOAD\)](#)[УСЛУГИ ▾](#)[ОБРАТНА ВРЪЗКА \(/BG/HOME/FEEDBACK\)](#) [Начало \(/bg\)](#)[> Регистър на вписаните типове средства за измерване \(/bg/Information/Information/ForeignDeviceTypeSearch\)](#) > [Преглед на вписан тип средство за измерване](#)

Преглед на вписан тип средство за измерване

Номер на вписване

V-76

Дата на вписване

02-05-2023

Срок на валидност

Не е посочен

Валидно до

27-08-2024

Тип на СИ

ДКГ-21М

Наименование на СИ

Индивидуален електронен дозиметър за гама лъчение

Производител

НПЧП „Спаринг-Вист Център“, ул. Владимир Велики 33, гр. Львов, 79026, Украйна

Страна на произход

Украйна

Заявител

„Екопрогрес Интернешънъл“ ООД, гр. София

Орган, извършил одобряването

Чешки метрологичен институт

Номер на удостоверение

0111-CS-C019-14 от

Дата на издаване на документа

28.08.2014 г.

Метрологични характеристики

• **Обхват на измерване:**по индивидуална еквивалентна доза: от 1,0 μ Sv до 1,0 Sv;

по мощност на индивидуалната еквивалентна доза:

от 1,0 μ Sv/h до 1,0 Sv/h.• **Максимално допустима грешка:**по индивидуална еквивалентна доза: $\pm 15 \%$;по мощност на индивидуалната еквивалентна доза: $\pm 20 \%$;• **Енергиен диапазон:**

от 65 keV до 1,25 MeV;

• **Енергийна зависимост в диапазона на енергии от 65 keV до 1,25 MeV по отношение на енергия 662 keV: не повече от $\pm 25 \%$** • **Габаритни размери: 98 x 58 x 18 mm;**• **Тегло: 120 g;**• **Условия на експлоатация:****Температура:**

от - 20 оС до + 50 оС;

Относителна влажност: (95 \pm 3)% при температура 35 оС;**Атмосферно налягане: от 84 kPa до 106,7 kPa**

Изображение на знака за одобрен тип

Знак за ОТ - B-76.docx ([https://e-](https://e-bim.bim.government.bg:11007/api/FilesStorage?fileKey=82075672-b00d-4d52-954d-f2d4f7b2d5a1&filename=Знак)[bim.bim.government.bg:11007/api/FilesStorage?](https://e-bim.bim.government.bg:11007/api/FilesStorage?fileKey=82075672-b00d-4d52-954d-f2d4f7b2d5a1&filename=Знак)[fileKey=82075672-b00d-4d52-954d-f2d4f7b2d5a1&filename=Знак](https://e-bim.bim.government.bg:11007/api/FilesStorage?fileKey=82075672-b00d-4d52-954d-f2d4f7b2d5a1&filename=Знак)

за ОТ - B-76.docx&mimeType=)